

**QUESITO 5:** All'Art 3.12 del Capitolato Speciale pag. 26, si riporta: “ *Per alcune apparecchiature la Ditta dovrà provvedere all’effettuazione di una visita di controllo annuale usualmente denominata GLP (Good Laboratory Practice)*”

Data la specificità e l’onerosità di tali controlli si chiede se è disponibile un elenco delle apparecchiature (tipo,marca e modello) sulle quali è richiesto tale tipo di controllo.

**RISPOSTA QUESITO 5:** Si riporta di seguito l’elenco di tali apparecchiature:

Tipo/Classe	Matricola	Costruttore	Modello	Ente/Strutt.	Rep./Stanza	U.O.
ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	273003521	APPLIED BIOSYSTEM	AB-7300	SAN FILIPPO NERI - PAD. C	IMMUNOBLOTTING / FLUORESCENZA	Microbiologia e Virologia (U.O.C.)
SPETTROFOTOMETRO	101N8030103	PERKIN ELMER INC	LAMBDA 25	SAN FILIPPO NERI - PAD. C	LAB. MULTIFUNZIONE	Patologia Clinica (U.O.C.)

Si precisa che l’elenco potrà subire variazioni nel corso della durata dell’appalto e che comunque le apparecchiature per le quali verrà richiesto il controllo GLP non supererà il numero di sei/anno.