

## Allegato A

### Fabbisogno occorrente al B.O. CARDIOTORACICA

LOTTO 1		
DESCRIZIONE	Q.TA	Prezzo unico
Armadio chiuso - dimensioni cm 180Lx60Px200H	25	€ 2 500,00

#### CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE

Le caratteristiche standard specifiche per l' articolo in oggetto devono essere conforme alle normative vigenti

Il materiale acciaio inox AISI304 (EN X5 CrNi 18-10) spessore 10/10 All'interno piani spostabili su cremagliere ed un ripiano di fondo fisso Predini in acciaio inox AISI304 (EN X5 CrNi 18-10) spessore 10/10 rinforzati con omega sp 15/10, regolabili in altezza Il corpo dell'armadio deve costruire un monoblocco completamente saldato e ripassato finemente, senza pieghe od angoli irraggiungibili per le normali operazioni di pulizia e disinfezione Tutte le superfici perfettamente pulibili e disinfettabili Le ante devono essere scorrevoli e garantire la protezione della polvere per cui devono essere dotate di idonee guarnizioni a tenuta, dotate di serrature con chiave a cilindro sostituibile

## Allegato A

### Fabbisogno occorrente all' U.O.C. Oncologia

LOTTO 2		
DESCRIZIONE	Q.TA	Prezzo unico
Poltrone per chemioterapia	14	€ 3 000,00

#### CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE

Le caratteristiche standard specifiche per l'articolo in oggetto devono essere conformi alle normative vigenti

piano di giacitura a tre sezioni distinte con movimenti indipendenti motorizzati di schienale e gambale, azionati con telecomando accessibile al paziente

posizione di trendelemburg con pulsante manuale che posiziona in breve tempo la poltrona per gestire eventuale emergenza

schienale di tipo avvolgente

rivestimento a sezioni differenziate con materiale lavabile ed avente proprietà antibatteriche ed antimicotiche

cuscineria completamente asportabile e divisa in sezioni indipendenti per consentire una migliore pulizia della poltrona

braccioli girevoli, ribaltabili ed asportabili dotati di meccanismo per la regolazione in altezza

poggiapiedi motorizzato e con la possibilità di regolazione per pazienti molto alti o molto bassi

asta per le fleboclisi fissata alla poltrona con regolazione in altezza (altezza da terra oltre due metri) con quattro ganci per consentire di posizionare più fleboclisi e vassoietto porta oggetti

poltrona con ruote con sistema direzionale e blocco delle stesse con pedale

porta rotolo per lenzuolino monouso

poggiatesta regolabile in altezza

cuscino tubolare per cavo popliteo

imbottitura della cuscineria confortevole

le parti metalliche devono essere in acciaio per motivi igienici e per una durezza nel tempo



