

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO 1: Relativamente al lotto VII, *In riferimento alla voce “Dispositivo di marcatura pellicole con dati identificativi esame”, non trattandosi di un’apparecchiatura digitale , tale dispositivo deve essere inserito a parte su un tavolo a vostra disposizione e ne deve essere fornito uno per ogni apparecchio portatile per radiografia (due totali)?*

RISPOSTA QUESITO 1: Si richiede di specificare l’eventuale presenza di un “Dispositivo di marcatura pellicole con dati identificativi esame”, a corredo dell’apparecchiatura oggetto del lotto VII.

Si precisa, inoltre, che tale dispositivo non rientra tra i requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato e che all’interno dell’Azienda San Filippo Neri non sono più in uso dispositivi simili ormai da diversi anni.

QUESITO 2: Relativamente al lotto VII, *In riferimento sempre al “Dispositivo di marcature pellicole con dati identificativi esame” vi preghiamo di chiarire a cosa si riferiscono i dati identificativi esame (ad es. solo il nome e cognome del paziente)?*

RISPOSTA QUESITO 2 : I dati identificativi esame includono, oltre alla data di esecuzione e qualsiasi altro dato che possa concorrere a identificare l’esame, anche nome e cognome del paziente. Si ribadisce comunque che il dispositivo in questione non fa parte dei requisiti minimi richiesti da Capitolato, come indicato al precedente quesito.

QUESITO 3: Relativamente alla gara, *In riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto – Disciplinare di gara art. 4 “offerta” – “Prima Busta” Punto 1 pagina 9: Si richiede se necessario fornire tutti gli allegati sottoscritti per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante o se è possibile allegare solo GLI ALLEGATI PER IL/I LOTTO/I per i quali si presenta offerta.*

RISPOSTA QUESITO 3: Si è possibile allegare solo gli allegati per il lotto/i per i quali si presenta l’offerta.

QUESITO 4: Con riferimento alla gara *Si chiede se le persone diverse dal legale rappresentante che presenzieranno alle sedute pubbliche di apertura dei documenti dovranno, per poter iscrivere a verbale eventuali dichiarazioni e /o osservazioni, essere munite di procura notarile oppure è sufficiente delega accompagnata da copia del documento di identità del legale rappresentante.*

RISPOSTA QUESITO 4: Possono partecipare con diritto di intervento soltanto i legali rappresentanti delle Società concorrenti o delegati con specifica procura.

QUESITO 5: *Con riferimento al lotto VII (Nr. 2 apparecchi portatili per radiografia) della gara in oggetto, ed in particolare all’allegato b) – Specifiche tecniche, si chiede se la specifica “Dispositivo di marcatura pellicole con dati identificativi esame” sia effettivamente richiesta per gli apparecchi in questione oppure se si tratti di errore e quindi di caratteristica da non considerare.*

RISPOSTA QUESITO 5: Il dispositivo non rientra tra i requisiti minimi richiesti da C.S.A. , come indicato al precedente quesito 1.

QUESITO 6: *Con riferimento al lotto V – POLISONNIGRAFO “ Nei 24 canali di EEG, sono ricompresi i canali EOG ed EMG (mentoniero)?*

RISPOSTA AL QUESITO 6: SI

QUESITO 7: *Chiarimenti in merito al lotto XIII: Lotto XIII A: Videobroncoscopio – quantità 1 – Può indicarci la marca del processore e della fonte luce in dotazione al servizio di broncoscopia?
Lotto XIII B: Videopleuroscopio – quantità: 1 – può indicarci la marca del processore e della fonte di luce in dotazione al servizio di broncoscopia?*

RISPOSTA AL QUESITO 7: Per entrambi la marca è “OLYMPUS”.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Paola Brazzoduro)