



AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN FILIPPO NERI
OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

IDAutomation.com, Inc. DEMO



Az. Osp. SAN FILIPPO NERI
19/03/2010 - Prot. N. 0004240 (119254) -
E

A tutte le ditte potenziali offerenti

OGGETTO: Chiarimenti Procedura Microbiologia e Virologia.

A seguito della Vs richiesta di chiarimenti inoltrata in data 10/03/2010 si precisa quanto segue:

Domanda:

01 In riferimento al lotto n. 18 della gara in oggetto, teniamo a precisare che la richiesta di piastre di " Agar gardnella con sangue umano " discrimina le Aziende produttrici italiane che , per legge, non posso utilizzare il sangue umano a scopo di lucro. Chiediamo quindi di poter offrire il nostro prodotto cod. csp090880 " Agar Gardnella vaginalis sangue di coniglio in quanto il sangue di coniglio viene ugualmente emolizzato da questo microrganismo e consente lo stesso tipo di interpretazione dell'esame.

In merito, circa la possibilità di offrire piastre con sangue di coniglio per il riferimento 18/W della procedura in corso, si esprime "**non contrarietà**", anche se – dalla esperienza locale di utilizzazione – l'emolisi riscontrata nei positivi, su questo terreno, non risulta di facile interpretazione.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente dell'U.O.C. Provveditorato
(**Dott. Angelo Furfaro**)