

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS.163/2006, PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 704.100,00 IVA ESCLUSA. Deliberazione n.° 410 del 25/07/2011

QUESITO N. 1

In relazione alle caratteristiche richieste per il lotto 6 “MICROSCOPIO OPERATORIO PER NEUROCHIRURGIA”, ed in particolare a quanto riportato al 3° e 12° punto, ovvero:

Distanza di lavoro variabile con regolazione automatica tramite autofocus rapido

Telecamera digitale a colori a 3 CCD incorporata nel corpo del microscopio

Siamo a chiedere a codesta Spettabile Amministrazione se tali caratteristiche sono da intendersi minimali, pena l'esclusione dalla procedura, oppure se è possibile offrire anche caratteristiche alternative e/o equivalenti.

RISPOSTA QUESITO N. 1

Così come previsto dal CSA all'art. 5 comma a) è possibile presentare un prodotto di caratteristiche funzionali equivalenti comprensivo di una relazione tecnica che, evidenziando le differenze, confermi l'equivalenza funzionale, qualora le specifiche tecniche allegate al presente CSA (All. A) non sono possedute puntualmente.

Il Dirigente U.O. Ingegneria Clinica
(Ing. Paola Brazzoduro)