

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS.163/2006, PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OCCORRENTI ALL' AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI, AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 704.100,00 IVA ESCLUSA. Deliberazione n.° 410 del 25/07/2011**

**QUESITO N. 6**

In relazione alle caratteristiche richieste per il lotto N. 6 “MICROSCOPIO OPERATORIO PER NEUROCHIRURGIA” , ed in merito a quanto riportato al 4° punto, ovvero: “Tubi binoculari inclinabili a 180° con regolazione micrometrica della distanza interpupillare”, si chiede di specificare meglio la descrizione in quanto non risulta chiaro a quali “tubi binoculari inclinabili” si riferisce la richiesta.

**RISPOSTA QUESITO N. 6**

Per “tubi binoculari inclinabili” si intende il tubo binoculare del microscopio, che deve essere inclinabile per garantire la massima operatività ed ergonomia dell’operatore.

Il Dirigente U.O. Ingegneria Clinica  
(Ing. Paola Brazzoduro)